物品購入仕様書

1. 物品名　　ベッドサイドモニタ　　1　式

2. 用　途　　病棟でのモニタリングに使用

3. 設置場所　　加賀市医療センター　4東病棟

4. 納入期限　　令和8年3月31日

5. 仕　様

〈１〉 ベッドサイドモニタ

日本光電工業㈱

［内訳］

品名・規格		数量
ベッドサイドモニタ レコーダ組込済	PVM-4763	1
架台	KC-470P	1
アダプタ	DH-470P	1
ホルダ	DI-470P	1
送信機	ZS-600P	1
フック	DZ-470P	1
バッテリパック	SB-470P	1
フィンガープローブ TL-201T（ケーブル長1.6m）	P225F	1
PVM設置調整	＃INST-PVM	1

〈２〉システムインターフェース

なし

〈３〉その他

① 装置の運搬･設置･試運転･調整に加え操作指導、技術習得に必要な研修を行いその費用を含むこと。
② 装置を稼働させるために必要な電源、水道、配管、ＬＡＮ等が既存の環境下では不足する場合、それを整備すること。また、その費用を含むこと。
③ 設置に伴う工事などの騒音等、診療への悪影響が懸念される理由により、病院側が一時的に工事などの中断を申し出た場合はその指示に従うこと。
④ 納入後１年間は､通常使用により故障した場合は､無償修理に応じること。
⑤ 納入設置及び取り扱い説明に関する教育訓練は､発注者と協議の上日時･場所を決定して実施すること。
⑥ 不要となった既存機器については、発注者の指示に従い引き取ること。
⑦ 入札執行までに上記〈１〉の機器がメーカーより製造中止の通知があった場合には、同一メーカーの後継機にて入札を行うこと。
⑧ 納入する機器は、全て未使用のものであること。