

加賀市病院事業公告第13号

一般競争入札について

一般競争入札を行いますので、加賀市財務規則（平成17年加賀市規則第35号）第123条第1項の規定により公告します。

令和6年10月11日

加賀市病院事業管理者 清 水 康 一

1 入札対象物品

- | | |
|----------|----------------|
| (1) 物品名 | 一般X線撮影装置 |
| (2) 納入場所 | 加賀市医療センター 放射線室 |
| (3) 納入期限 | 令和7年3月31日 まで |
| (4) 物品内容 | 別記仕様書のとおり |

2 入札参加資格

- (1) 下記入札参加申込の手続を行い、参加資格を認められた者であること。
- (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後、資格の再認定を受けた者は除くものとする。
- (4) 役員（役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参加している者を含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者でないこと。
- (5) 公告の対象物品の開札時刻までに加賀市の指名停止措置を受けていない者であること。

3 入札参加申込の手続

- (1) 入札参加を希望する者は、次の書類を各1部添付の上参加申込みをしてください。
 - ・競争入札参加者資格審査申請書（当年度において加賀市競争入札参加の有資格者（医療用器具）である者は、以下の

書類は不要。)

- ・ 経営規模等総括表
- ・ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書）
- ・ 希望する営業種目等
- ・ 使用印鑑届
- ・ （必要な場合）委任状
- ・ （法人の場合）会社・法人の登記事項証明書（全部事項証明書）（法務局発行）
- ・ （個人の場合）身分証明書（市町村発行）
- ・ 納税証明書
- ・ 営業に関し、登録・免許又は許可等を必要とする業種については、その登録証明書等の写し
- ・ 誓約書

(2) 受付期間は 令和6年10月11日(金) 午前10時から 令和6年10月18日(金) 午後4時（消印有効）とします。

(3) 提出場所は加賀市医療センター管理部企画経営課とします。

4 入札及び契約の条件

- | | |
|--------------|-----------------------|
| (1) 入札保証金 | 免除 |
| (2) 契約書の要否 | 要 |
| (3) 入札参加申込書類 | 入札参加資格確認申請書 |
| (4) 入札参加申込期限 | 令和6年10月18日(金) 午後4時まで |
| (5) 参加確認結果通知 | 令和6年10月18日(金) メール通知予定 |

5 入札執行場所及び日時

- | | |
|----------|-----------------------|
| (1) 執行場所 | 加賀市医療センター KMCホール |
| (2) 入札日時 | 令和6年10月25日(金) 午前9時30分 |

6 入札の無効に関する事項

次のいずれかに該当する入札は無効とします。

- (1) 入札参加資格のない者のした入札
- (2) 同一事項の入札に対して、2以上の入札をしたとき
- (3) 入札に際して談合等の不正行為があったと認められるとき
- (4) 入札書に記名押印がない場合又は記載事項が不明確な入札
- (5) 入札書に記載の金額を加除訂正した入札
- (6) 委任状を持参しない代理人がした入札
- (7) その他あらかじめ指示した事項に違反した入札

7 質疑書の提出について

説明会を開催しませんので、質疑事項がある場合は下記により、必ず質疑書を提出してください。提出は、入札参加資格要件を満たしている者に限ります。

なお、入札の仕様変更等を受け付けるものではありません。

- (1) 様式 任意

- (2) 提出期限 令和6年10月18日(金) 午後4時まで
- (3) その他 電話での受付は一切しません。
持参又はFAX (0761-76-5263) 、メール (kikakukeiei@city.kaga.lg.jp)
での受付となります。

8 その他必要事項

- (1) 一度提出した入札書は、撤回することはできません。
- (2) 申請書及び書類の作成、申込にかかる費用は提出者の負担とします。

9 書類提出先及び問い合わせ先

〒922-8522

石川県加賀市作見町リ36番地

加賀市医療センター 企画経営課

TEL 0761-72-1188 FAX 0761-76-5263

E-Mail kikakukeiei@city.kaga.lg.jp

物品購入仕様書

1. 物品名 一般X線撮影装置 1 式
2. 用途 X線撮影に使用
3. 設置場所 加賀市医療センター 放射線室
4. 納入期限 令和7年3月31日

5. 仕様

- (1) 一般X線撮影装置
次の(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかとする

(ア) キヤノンメディカルシステムズ株式会社

| [内訳] | 品名・規格 | 数量 |
|------|-----------------------------|----|
| | 一般X線撮影装置 RADREX | 1 |
| | X線高電圧装置 KX0-50SS | 1 |
| | 条件通信機能 | 1 |
| | X線管装置 DRX-3724HD | 1 |
| | X線可動絞リ BLR-500A | 1 |
| | 天井式X線管保持装置 DST-2000A | 1 |
| | 制御ユニット | 1 |
| | 床面テーピングフォーク SF-121 | 1 |
| | 撮影台連動キット XAIF-2000A | 1 |
| | 天井走行レール DSR-3050A | 1 |
| | 天井レール固定用ブロック BICR-3000A | 1 |
| | 高電圧ケーブル HC-150DCW | 1 |
| | 立位ブッキースタンド BS-02A | 1 |
| | X線平面検出器取付けキット BSAK-COM | 1 |
| | 上下位置検出キット BSAK-VMD | 1 |
| | ハンドグリップ HG-BS02A | 1 |
| | カセットホルダ CH-BS02A | 1 |
| | アダプタキット BSAK-FPD03 | 1 |
| | ファイバ型検出器 PTF-100L | 1 |
| | チャンパ型検出器 SSMC-3000A | 1 |
| | 撮影用フットスイッチ RFSW-100SS | 1 |
| | コントロールキャビネット壁固定金具 KXWF-80SS | 1 |
| | タッチパネル交換キット LCD-80SS | 1 |
| | コンソールパネル傾斜金具 KXPS-80SS | 1 |
| | フローティング撮影台 SUD-100A TOURNER | 1 |
| | フラットパネル対応 | 1 |
| | 安全グリップ | 1 |
| | タッチスイッチ | 1 |
| | ビニルレザーマット | 1 |
| | オートポジショニング (管球連動) | 1 |
| | ラック (体位交換シート) | 1 |
| | ユニカフラットパネル連携費 | 1 |

(イ) 株式会社島津製作所

| [内訳] | 品名・規格 | 数量 |
|------|----------------------------------|----|
| | 診療用X線一般撮影装置 RADSpeed Pro | 1 |
| | (株)島津製作所 天井走行式X線管懸垂器 CH-200 | 1 |
| | (株)島津製作所 X線高電圧装置 (タッチパネル式) | 1 |
| | (株)島津製作所 X線管装置 0.6/1.2P33DK-85 | 1 |
| | (株)大林製作所 臥位昇降フローティング撮影台 SUD-100A | 1 |
| | (株)大林製作所 ビニルレザーマット | 1 |
| | (株)大林製作所 安全グリップ | 1 |
| | (株)大林製作所 タッチスイッチオプション | 1 |
| | (株)島津製作所 ホトタイム受光部及び制御部 | 1 |
| | (株)島津製作所 X線可動絞リ R-300 | 1 |
| | (株)島津製作所 天井走行レール及び固定レール | 1 |
| | (株)島津製作所 既存東芝レール用アタッチメント | 1 |
| | (株)島津製作所 立位撮影台 BR-120M | 1 |
| | (株)島津製作所 BR-120M用カセットホルダ | 1 |
| | (株)島津製作所 BR-120M用側面握り棒 | 1 |
| | 既存ユニカフラットパネルFPDコンソールとの条件連動 | 1 |
| | 患者移乗用マット | 1 |

(ウ) 富士フィルムヘルスケア株式会社

[内訳] 品名・規格

| 品名・規格 | 数量 |
|--|----|
| 50KWインパター一般撮影装置 Radnet50 (Smart) | 1 |
| X線高電圧装置 (50kw - 単相-200V) DHF-155H4 | 1 |
| 大型タッチスクリーンコントローラー | 1 |
| タッチスクリーンコントローラー用ケーブル RAD50SMケーブルH4 | 1 |
| 撮影用ハンドスイッチ | 1 |
| 天井走行式X線管保持装置 (上下165cm&AT&PBS) SX-A300 (AT) -F | 1 |
| 天井レール (Ceiling Rails:3.95m) SXA300-CR3.95-F | 1 |
| 内部レール (inner Rails:2.0m) SXA300-IR2.0-F | 1 |
| ユニットケーブル (20m) A30ユニットケーブル20M | 1 |
| X線管装置 (300kHU 0.6/1.2mm 40/100kW 12°) UH-6FC-31E | 1 |
| コリメーター ZU-L3TYH | 1 |
| コリメーター用面積線量表示インターフェイス H4ATセット | 1 |
| タッチスクリーンコントローラー用スタンド ZP-H3-ST | 1 |
| 撮影用フットスイッチ (2段式) 2タツシキFSW15M (H4) | 1 |
| イオンチャンパー (立位) *要スペーサー ZP-ICX141 | 1 |
| イオンチャンパー (臥位) *要スペーサー ZP-ICX142 | 1 |
| 漏えい線量測定 | 1 |
| ROCKET EVOLUTION 上下動手動 | 1 |
| オプション 三田屋製グリッド 40 | 1 |
| オプション DR専用受像部 機内配線仕様 | 1 |
| オプション 側面撮影用U型手動握り棒 上下可動式 | 1 |
| オプション 管球上下連動ユニット 5KΩ 10回転 | 1 |
| オプション フォト取付金具 | 1 |
| SUD-100A/TOURNER 天板回転 | 1 |
| オプション グリッド 40L/cm 8:1.120cm | 1 |
| オプション DR専用受像部 機内配線仕様 (DR仕様のみ) | 1 |
| オプション 管球上下連動ユニット 2KΩ 10回転 | 1 |
| オプション タッチスイッチ (1本) 対角にフローティング、回転 | 4 |
| オプション 指はさみ防止スカート (1本) | 2 |
| オプション 安全グリッド | 1 |
| オプション フォト取付 取付アタッチメント含む | 1 |
| ロールボード | 1 |
| 撮影条件連動ソフト | 1 |
| ユニカCS8連携作業費 | 1 |
| カセットハンガ - EVOLUTION | 1 |
| ビニールレザーマット SUD-100A TOURNER | 1 |

<2> システムインターフェース

当院医療情報システムとのMWM接続及びDICOMストレージ接続費用を含めること

<3> その他

- ① 装置の運搬・設置・試運転・調整に加え操作指導、技術習得に必要な研修を行いその費用を含むこと。
- ② 装置を稼働させるために必要な電源、水道、配管、LAN等が既存の環境下では不足する場合、それを整備すること。また、その費用を含むこと。
- ③ 設置に伴う工事などの騒音等、診療への悪影響が懸念される理由により、病院側が一時的に工事などの中断を申し出た場合はその指示に従うこと。
- ④ 納入後1年間は、通常使用により故障した場合は、無償修理に応じること。
- ⑤ 納入設置及び取り扱い説明に関する教育訓練は、発注者と協議の上日時・場所を決定して実施すること。
- ⑥ 不要となった既存機器については、発注者の指示に従い引き取ること。
- ⑦ 入札執行までに上記<1>の機器がメーカーより製造中止の通知があった場合には、同一メーカーの後継機にて入札を行うこと。
- ⑧ 納入する機器は、全て未使用のものであること。